DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w KATOWICACH

40-957 Katowice, ul. Rynek 9 Tel. 32 2589-436 do 7 Fax 32 3537-572 e-mail sekretariat@katowice.gum.gov.pl

ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

PRZYRZĄD POMIAROWY
Prędkościomierz kontrolny do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego o oznaczeniu fabrycznym Unicam VELOCITY3, nr fabryczny CAM15001364, rok produkcji 2015; wytwórca CAMEA spol. s.r.o. Korenskeho 25, 621 00 Brno, Republika Czeska.

Określony wyżej przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone prawem i może być użytkowany zgodnie z obowiązującym prawem w okresie ważności legalizacji.

OKRES WAŻNOŚCI LEGALIZACJI
Legalizacja jest ważna do dnia 27 września 2027 r.

MIEJSCE UŻYTKOWANIA
Droga krajowa nr 78; miejscowości: Wilcza i Nieborowice.

WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE
Zgodne z zatwierdzonym typem PLT 1337.

WNIOSKODAWCA
Sprint S.A. ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn – wykonawca naprawy.

WYMAGANIA
§13, §14, §18 ust 1. i 2, §21pkt.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2019 r., poz. 1081).

ZAKRES SPRAWDZEŃ
§30 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2019 r., poz. 1081).

MIEJSCA UMIESZCZENIA CECH
Cechy zabezpieczające umieszczono na:
połączeniu modułów UnicamPWR i modułów UnicamCPU z szafkami teletechnicznymi – 2 szt. plomb ołowianych, połączeniu modułów UnicamCPU i przełączników komunikacyjnych z szafkami teletechnicznymi – 2 szt. plomb ołowianych, połączeniu modułów UnicamJSCGPS z szafkami teletechnicznymi – 2 szt. plomb ołowianych, uchwytach cyfrowych kamer UnicamD2 – 4 szt. plomb ołowianych.

LICZBA STRON ŚWIADECTWA
Świadectwo składa się z 1 strony.

ZNAK WNIOSKU
OUM05.WL.45.1143.2026

Data wystawienia: 27 sierpnia 2026 r.

z up. Dyrektora

Bartosz Roman Adamek
2026-08-31 07:36:17

Inspektor

Dokument wydany w postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Niniejsze świadectwo może być okazywane lub kopiowane tylko w całości