



DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR W WROCŁAWIU
ul. ul. Młodych Techników 61/63, 53-647 Wrocław
tel. 713940200, e-mail: oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl, <https://wroclaw.gum.gov.pl>

ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

PRZYRZĄD POMIAROWY

Przyrząd do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego – prędkościomierz kontrolny;
Znak fabryczny Unicam VELOCITY3; Nazwa lub znak producenta: CAMEA spol.s.r.o. ;
Numer fabryczny: CAM15001388; Rok produkcji: 2015 r ;
Znak zatwierdzenia typu: PLT 1337;

Określony wyżej przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone prawem i może być użytkowany zgodnie z obowiązującym prawem w okresie ważności legalizacji.

OKRES WAŻNOŚCI LEGALIZACJI

Legalizacja jest ważna do dnia 7 czerwca 2027 r.

MIEJSCE UŻYTKOWANIA

Łosiów, ul. Główna, Droga Krajowa nr DK94.

WNIOSKODAWCA

„SPRINT” S.A.
10-062 Olsztyn, ul. Jagiellończyka 26

wykonawca naprawy przyrządu

WYMAGANIA

§13, §14, §18 ust. 1, 2, 4 oraz §21, §23 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1081).

ZAKRES SPRAWDZEŃ

§30, §31 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1081).

MIEJSCE UMIESZCZENIA CECH

Cechy urzędu (zabezpieczające 3PL*) umieszczono na:

Połączeniu modułów UnicamPWR i modułów UnicamCPU z szafkami teletechnicznymi

- 2 szt. plomb ołowianych,

Połączeniu modułów UnicamCPU i przełączników komunikacyjnych z szafkami teletechnicznymi

- 2 szt. plomb ołowianych,

Połączeniu modułów UnicamJSCGPS z szafkami teletechnicznymi - 2 szt. plomb ołowianych,

Uchwytach cyfrowych kamer UnicamD2 - 4 szt. plomb ołowianych.

LICZBA STRON ŚWIADECTWA

Świadectwo składa się z 1 strony

ZNAK WNIOSKU

OUM03.WUM.45.236.2026

Data wystawienia: 07.05.2026 r.

z up. Dyrektora
Kierownik
Laboratorium Masy i Długości
Mariusz Szydłowski



Mariusz Szydłowski
2026-05-08 09:42:15

Świadectwo niniejsze zostało wydane w postaci elektronicznej i jest podpisane kwalifikowanym certyfikatem elektronicznym
Identyfikator dokumentu: U3.OUM03.WUM.L1.00000187.2026.S