DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w BIAŁYMSTOKU
ul. Kopernika 89, 15-396 Białystok
tel. (85) 745-53-56, tel. (85) 878-16-36, e-mail: oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl

ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

PRZYRZĄD POMIAROWY
Przyrząd do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego - prędkościomierz kontrolny, o oznaczeniu fabrycznym: Unicam VELOCITY 3, nr fabryczny: CAM15001389; rok produkcji: 2015; wytwórca: CAMEA spol. s.r.o. Korenskeho 25 621 00 Brno

Określony wyżej przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone prawem i może być użytkowany zgodnie z obowiązującym prawem w okresie ważności legalizacji.

OKRES WAŻNOŚCI LEGALIZACJI
Legalizacja jest ważna do dnia 08 października 2027 roku.

MIEJSCE UŻYTKOWANIA
Droga Krajowa nr 19 miejscowość Zwierki – Zabłudów w obydwu kierunkach.

WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE
Zakres pomiarowy: (10 ÷ 250) km/h; wartość działki elementarnej: 1 km/h; zakres temperatur pracy:(-25+50)°C.
Wersja oprogramowania: 1.00, wartość sumy kontrolnej dla funkcji przyrządu na początku odcinka drogi A71B72AF, wartość sumy kontrolnej dla funkcji przyrządu na końcu odcinka drogi 011268CE.

WNIOSKODAWCA
Sprint S.A.,
10-062 Olsztyn, ul. Jagiellończyka 26 – wykonawca naprawy lub instalacji przyrządu pomiarowego.

WYMAGANIA
§13, §14, §18 ust. 1, 2 ,4 oraz §21, §23 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1081).

ZAKRES SPRAWDZEŃ
§30 i §31 ust. 3 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1081).

MIEJSCA UMIESZCZENIA CECH
Cechy urzędu umieszczono na połączeniu modułów UnicamPWR i modułów UnicamCPU z szafkami teletechnicznymi – 2 szt. plomb ołowianych; połączeniu modułów UnicamCPU i przełączników komunikacyjnych z szafkami teletechnicznymi - 2 szt. plomb ołowianych; połączeniu modułów UnicamJSCGPS z szafkami teletechnicznymi - 2 szt. plomb ołowianych; uchwytach cyfrowych kamer UnicamD2 - 4 szt. plomb ołowianych.

LICZBA STRON ŚWIADECTWA
Świadectwo składa się z jednej strony.

Z upoważnienia Dyrektora
Marek Antosiuk
Metrolog

ZNAK WNIOSKU
OUM10.WL.45.1238.2026
Data wystawienia: 08 września 2026 roku.

ID: U3.OUM10.WL.00001978.2026.S
Dokument wydany w postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Niniejsze świadectwo może być okazywane lub kopiowane tylko w całości