



DYREKTOR

OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w Warszawie

ul. Elektoralna 4/6, 00-139 Warszawa
tel. 22 581 93 08, fax. 22 581 90 15, e-mail: oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

PRZYRZĄD POMIAROWY

Przyrząd do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego - prędkościomierz kontrolny, o oznaczeniu fabrycznym Unicam VELOCITY3 nr fabryczny CAM21003328, rok produkcji 2021; wytwórca CAMEA spol. s.r.o. Korenskeho 25, 621 00 Brno.

Określony wyżej przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone prawem i może być użytkowany zgodnie z obowiązującym prawem w okresie ważności legalizacji.

OKRES WAŻNOŚCI LEGALIZACJI

Legalizacja jest ważna do dnia 22 lutego 2026 r.

MIEJSCE UŻYTKOWANIA

Droga ekspresowa nr S8 kierunek Konotopa - Warszawa.

WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE

Zakres pomiarowy: $(10 \div 250)$ km/h; wartość działki elementarnej: 1 km/h; zakres temperatur pracy: $(-25 \div +50)$ °C. Wersja oprogramowania: 1.00, wartość sumy kontrolnej dla funkcji przyrządu na początku odcinka drogi A71B72AF, wartość sumy kontrolnej dla funkcji przyrządu na końcu odcinka drogi 011268CE.

WNIOSKODAWCA

Sprint S.A., 10-062 Olsztyn, ul. Jagiellończyka 26; wykonawca naprawy lub instalacji przyrządu pomiarowego.

WYMAGANIA

§ 13, § 14, § 18 ust. 1, 2, § 21, § 23 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1081).

ZAKRES SPRAWDZEŃ

§ 30, oraz § 31 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1081)

MIEJSCA UMIESZCZENIA CECH

Cechy urzędu (zabezpieczające 1PL*) umieszczono na połączeniu modułów UnicamPWR i modułów UnicamCPU z szafkami teletechnicznymi - 2 szt. plomb ołowianych; połączeniu modułów UnicamCPU i przełączników komunikacyjnych z szafkami teletechnicznymi - 2 szt. plomb ołowianych; połączeniu modułów UnicamJSCGPS z szafkami teletechnicznymi - 2 szt. plomb ołowianych; uchwytach cyfrowych kamer UnicamD2 - 7 szt. plomb ołowianych.

LICZBA STRON ŚWIADECTWA

Świadectwo składa się z jednej strony.

ZNAK WNIOSKU

OUM01.WUM.L3.45.1.1.2025

Data wystawienia: 22 stycznia 2025 r.



zwp
Waldemar CIESŁAK
Starszy inspektor