DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w KRAKOWIE

31-123 Kraków, ul. Krupnicza 11 tel. 422-26-11, fax 422-84-63, e-mail: oum.krakow@gum.gov.pl.

ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

PRZYRZĄD POMIAROWY
Przyrząd do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, o nazwie fabrycznej Unicam VELOCITY3; o numerze fabrycznym CAM22010784, rok produkcji; 2022; wytwórca: CAMEA spol. s.r.o.
Znak zatwierdzenia typu: PLT 1337.

Określony wyżej przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone prawem i może być użytkowany zgodnie z obowiązującym prawem w okresie ważności legalizacji.

OKRES WAŻNOŚCI LEGALIZACJI
Legalizacja jest ważna do dnia 9 listopada 2025 r.

MIEJSCE UŻYTKOWANIA
Droga krajowa nr 19, miejscowość: Dukla

WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE
Zakres pomiarowy: 10 km/h do 250 km/h, rozdzielczość: 1 km/h

WNIOSKODAWCA
Sprint S.A. Oddział Bydgoszcz
85-758 Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 15 – wykonawca instalacji przyrządu pomiarowego

WYMAGANIA
§18, §21 pkt 2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1081 tekst jednolity).

ZAKRES SPRAWDZEŃ
§30 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 lutego 2014 r.
w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1081 tekst jednolity).

MIEJSCA UMIESZCZENIA CECH
Cechy zabezpieczające w liczbie 10 szt., umieszczono na:
- połączeniu modułów UnicamPWR i modułów CPU z szafkami teletechnicznymi – 2 szt.,
- połączeniu modułów UnicamCPU i przełączników komunikacyjnych z szafkami teletechnicznymi - 2 szt.,
- połączeniu modułów UnicamJSCGPS z szafkami teletechnicznymi – 2 szt.,
- uchwytach cyfrowych kamer UnicamD2 – 4 szt..

LICZBA STRON ŚWIADECTWA
Świadectwo składa się z 1 strony.

ZNAK WNIOSKU
OUM02.WUM.W2.45.7.7.2024

Data wystawienia : 9 października 2024 r.

Z upoważnienia Dyrektora
Kierownik Laboratorium
Paweł Sękowski

Identyfikator: U3.OUM02.00008544.2024.S

Dokument wydany w postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Niniejsze świadectwo może być okazywane lub kopiowane tylko w całości .