DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w POZNANIU

61-893 Poznań, ul. Krakowska 19, tel. 61 856 72 40 , fax 61 855 22 02,
e-mail: oum.poznan@poczta.gum.gov.pl

ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

PRZYRZĄD POMIAROWY

Przyrząd do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego – prędkościomierz kontrolny, o oznaczeniu fabrycznym Unicam VELOCITY3, nr fabryczny CAM23001804, rok produkcji 2023; producent CAMEA spol. s.r.o. Karasek 2290/1m, 621 00 Brno.

Określony wyżej przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone prawem i może być użytkowany zgodnie z obowiązującym prawem w okresie ważności legalizacji.

OKRES WAŻNOŚCI LEGALIZACJI

Legalizacja jest ważna do dnia 02 stycznia 2027 r.

MIEJSCE UŻYTKOWANIA

Autostrada A2 w obydwu kierunkach, pomiędzy węzłem Konin Wschód i MOP Kuny (odcinek wyznaczony przez bramownice o współrzędnych GPS: N 52,149736, E 18,289154 oraz N 52,151177, E 18,448438).

WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE

Zakres pomiarowy: (10 ÷ 250) km/h; wartość działki elementarnej: 1 km/h; zakres temperatur pracy: (-25 ÷ 50) °C.

WNIOSKODAWCA

Sprint S.A.
10-062 Olsztyn, ul. Kazimierza Jagiellończyka 26
(instalator)

WYMAGANIA

§ 13, § 14, § 18 ust.1, 2, 3 oraz § 21 i § 23 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1081).

ZAKRES SPRAWDZEŃ

§ 30 oraz § 31 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1081).

MIEJSCA UMIESZCZENIA CECH

Cechy zabezpieczające „4PL*" w liczbie 10 szt. umieszczono: na połączeniu modułów UnicamPWR i modułów UnicamCPU z szafkami teletechnicznymi – 2 szt. plomb ołowianych; połączeniu modułów UnicamCPU i przełączników komunikacyjnych z szafkami teletechnicznymi – 2 szt. plomb ołowianych; połączeniu modułów UnicamJSCGPS z szafkami teletechnicznymi – 2 szt. plomb ołowianych; uchwytach kamer UnicamD2 – 4 szt. plomb ołowianych.

LICZBA STRON ŚWIADECTWA

Świadectwo składa się z jednej strony.

ZNAK WNIOSKU

OUM04.WM.RO.45.165.2025

Data wystawienia: 02 grudnia 2025 r.

Z upoważnienia Dyrektora
Naczelnik
Wydziału Usług Metrologicznych
Joanna Wiśniewska
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Niniejsze świadectwo może być okazywane lub kopiowane tylko w całości