



**DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w BYDGOSZCZY**

85-231 Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 25, Tel. (52) 322-06-06, Fax (52) 322-04-26,
e-mail: oum.bydgoszcz@poczta.gum.gov.pl

ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

PRZYZRĄD POMIAROWY

Przyrząd do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego – prędkościomierz kontrolny.

Znak fabryczny: **Unicam VELOCITY4** ; Nazwa lub znak producenta; CAMEA spol. s.r.o.;

Numer fabryczny: **CAM25004051**; Rok produkcji: **2025**;

Znak zatwierdzenia typu: **PLT 2330**.

**Określony wyżej przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone prawem i może być użytkowany
zgodnie z obowiązującym prawem w okresie ważności legalizacji.**

OKRES WAŻNOŚCI LEGALIZACJI

Legalizacja jest ważna do dnia **15 maja 2027 r.**

MIEJSCE UŻYTKOWANIA

Miejsce zainstalowania: odcinek drogi ekspresowej S5; początek odcinka - węzeł Pruszcz, kierunek węzeł Trzeciewiec, bramownica ID35P, koniec odcinka węzeł Trzeciewiec - bramownica ID35K.

WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE

Zgodnie z decyzją zatwierdzenia typu: **30/2023**, znak zatwierdzenia typu **PLT 2330**

WNIOSKODAWCA

Sprint S.A. 10-062 Olsztyn, ul. Jagiellończyka 26 – wykonawca naprawy lub instalacji przyrządu pomiarowego.

WYMAGANIA

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2019 r., poz.1081) §13, §14, §18 ust.1,2 oraz §19.

ZAKRES SPRAWDZEŃ

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1081) - §30, § 31 ust. 3.

MIEJSCA UMIESZCZENIA CECH

Cechy zabezpieczające w liczbie 16 szt. umieszczono na:

połączeniu modułów UC-PSU i modułów UC-CPU z szafkami teletechnicznymi UC-CAB - 2 szt.;

połączeniu modułów UC-CPU i modułów UC-ESU z szafkami teletechnicznymi UC-CAB - 2 szt.;

połączeniu modułów UC-SU z szafkami teletechnicznymi UC-CAB - 2 szt.; na uchwytych kamer UC-D2 - 4 szt.;

na wszystkich złączach USB - 4 szt. na zabezpieczeniach uniemożliwiających wyjęcie dysków - 2 szt.;

LICZBA STRON ŚWIADECTWA

Świadectwo składa się z 1 strony.

ZNAK WNIOSKU

OUM08.WUM.POK.45.47.2026

Data wystawienia: **15 kwietnia 2026 r.**

**Wojciech
Planer**

Elektronicznie podpisany
przez Wojciech Planer
Data: 2026.04.15 14:31:25
+02'00'

Z upoważnienia Dyrektora
Kierownik Laboratorium
Wojciech Planer
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Niniejsze świadectwo może być okazywane lub kopiowane tylko w całości.