



DYREKTOR  
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w KRAKOWIE

31-123 Kraków, ul. Krupnicza 11

tel. 422-26-11, fax 422-84-63, e-mail: [oum.krakow@gum.gov.pl](mailto:oum.krakow@gum.gov.pl)

## ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

### PRZYRZĄD POMIAROWY

Przyrząd do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, o nazwie fabrycznej: iCar5-AvarageSpeed-BE-C; o numerze fabrycznym ICAR5C2501, rok produkcji: 2024; wytwórca: MACQ N.V. Luchtschipstraat 2, 1140 Bruksela, Belgia. Znak zatwierdzenia typu: P1501504-B-23.

Określony wyżej przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone prawem i może być użytkowany zgodnie z obowiązującym prawem w okresie ważności legalizacji.

### OKRES WAŻNOŚCI LEGALIZACJI

Legalizacja jest ważna do dnia 22 stycznia 2027 r.

### MIEJSCE UŻYTKOWANIA

Tunel drogowy w ciągu drogi krajowej S52 kierunek Warszawa, jezdnia prawa/południowa, miejscowość: Zielonki

### WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE

Zgodnie ze świadectwem zatwierdzenia typu nr P1501504-RW-23 uznanym za równoważne zatwierdzeniu typu decyzją NR L 2/2024 wydaną przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w dniu 28 listopada 2024 r.

Zakres pomiarowy: 10 km/h do 250 km/h, rozdzielczość: 1 km/h

### WNIOSKODAWCA

LIFOR Sp. z o.o., ul. Kazimierza Pułaskiego 49, 41-902 Bytom – wykonawca instalacji przyrządu pomiarowego

### WYMAGANIA

§18, §21 pkt 2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1081 tekst jednolity).

### ZAKRES SPRAWDZEŃ

§30 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 lutego 2014 r.

w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1081 tekst jednolity).

### MIEJSCA UMIESZCZENIA CECI

Cechy zabezpieczające 2PL\*

w liczbie 16 szt. naklejek, umieszczono na:

- obudowie kamer – 4 szt.,
  - połączeniach kamer z modułami montażowymi - 4 szt.,
  - połączenia kamer ze wspornikami uniwersalnymi – 8 szt.,
- w liczbie 12 szt. plomb ołowianych, umieszczono na:
- na śrubach mocujących wspornik uniwersalny – 4 szt.
  - na śrubach mocujących wspornik uniwersalny do stalowego wysięgnika – 4 szt.
  - na śrubach mocujących stalowego wysięgnika z bramownicą – 4 szt.

### LICZBA STRON ŚWIADECTWA

Świadectwo składa się z 1 strony.

### ZNAK WNIOSKU

OUM02.WUM.W2.45.7.18.2025

Data wystawienia: 22 grudnia 2025 r.

Identyfikator:

U3.OUM02.WUM.W2.00000151.2025.S

Z upoważnienia Dyrektora  
Kierownik Laboratorium  
Paweł Sękowski

Dokument wydany w postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

*Niniejsze świadectwo może być okazywane lub kopiowane tylko w całości.*